



广东省医疗器械质量监督检验所

国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心

# 检验报告首页

报告编号：WT20080192

共 3 页 第 1 页

样品名称	一次性使用医用口罩		样品编号	WT20080192
	送样 (√)	抽样 (/)		
商 标	/		型号规格	挂耳式
委托方	东莞市以安劳保用品有限公司		检验类别	委托检验
委托方地址	东莞市万江街道简沙洲社区清水凹第十座 厂房二楼 A1 区		产品编号 / 批号	20200210-001
生产单位	东莞市以安劳保用品有限公司		抽样单编号	——
受检单位	东莞市以安劳保用品有限公司		生产日期	2020 年 02 月 10 日
抽样单位	——		样品数量	20 个
抽样地点	——		抽样基数	——
抽样日期	——		检验地点	本部检验室
收样日期	2020.02.12		检验日期	2020.02.12~2020.02.17
检验项目	细菌过滤效率 (BFE)			
检验依据	YY/T 0969-2013 《一次性使用医用口罩》			
检验结论	<p>被检样品所检项目符合 YY/T 0969-2013 标准要求。</p> <p>结论：合格。</p> <p style="text-align: right;">(检验报告专用章或检验单位公章)</p> <p style="text-align: right;">签发日期：2020年02月17日</p>			
备 注	1) 报告中：“——”表示此项不适用，“/”表示此项空白。			

批 准： 何志光

审 核： 陈礼军

检 验： 高丽林 计碧

职 务： 授权签字人

广东省医疗器械质量监督检验所

国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心

# 检验报告

报告编号: WT20080192

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目	标准条款	标准要求	检验结果	单项结论	备注
1	细菌过滤效率(BFE)	4.5	口罩的细菌过滤效率应不小于 95%	99.63%	符合	/

以下空白

广东省医疗器械质量监督检验所

国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心


# 检 验 报 告 照 片 页

报告编号：WT20080192

共 3 页 第 3 页

照片和说明

一次性使用医用口罩



样品描述

/

型号规格或其它说明

挂耳式